

Cihaz ithal malı olmalıdır.

Cihaz masa tipi olmalıdır.

Cihaz iletkenlik, TDS, tuzluluk ve sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

Cihaz 7" yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olmalıdır

Cihaz 0-200.00 ms/cm, 0-19,99 μ s/cm, 20-199,9 μ s/cm, 200-1999 μ s/cm, 2,00-19,99 ms/cm, 20,00-199,9 ms/cm arasında iletkenlik, 0-100,0 g/L arasında TDS, 0-100ppt arasında tuzluluk, 0-50 °C arasında sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

Cihazın hassasiyeti +/- 1.0% olmalıdır.

Cihaz 3 noktadan kalibrasyon yapılabilmelidir.

Cihazda IP54 koruma bulunmalıdır.

Cihazda flash disk çıkışı olmalı ve 450 datayı hafızasında saklayabilmelidir.

Cihaz 12V/DC adapter ile çalışabilmelidir.

Cihazla birlikte iletkenlik elektrodu, elektrot tutacağı, kalibrasyon solüsyonları ve adaptörü verilmelidir.

Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 1 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi olmalıdır.

Handwritten signature