

## SPUTTER SİSTEMİ VAKUM MOTORU (FEEOFLUID FEEDTHROUGH) TEKNİK ŞARTNAME

NÜRDAM laboratuvarında kullanılmak üzere Sputter sistemi vakum motoru alınacaktır.

1-316 L Paslanmaz Çelik olacaktır.

2-Frekans konvertörlü olacaktır.

3-Ayarlanabilir mil sistemi olacaktır.


4-Nötr mıknatıs çalışma prensibinde olacaktır.


5-Servo motor bağlantı mili tam olarak 12 mm çapında 34 mm uzunluğunda olacaktır.

6-Suputter cihazına bağlanacak olan mil tam olarak 13 mm çapında 12 mm uzunluğunda olacaktır.

7-Ana gövde mil arası sızdırmazlık sağlanmış olacaktır.

  
Ramazan Özdeş

  
Səad KAYA

  
Dr. ÖZGÜR GÜLŞAHİN