

TEKNİK ŞARTNAME

NURDAM araştırma merkezinde kullanılmak üzere iki adet saçtırma sistemi hedef malzemesi alımıyla ilgili olarak aşağıda belirtilen niceliklere uygun olmalıdır.

- 1- **Ta₂O₅ saçtırma sistemi hedef malzemesi**
4 inç boyutunda olmalıdır.
Kalınlık 0.125 inç
Saflık 99.9
- 2- **SrTiO₃ saçtırma sistemi hedef malzemesi**
4 inç boyutunda olmalıdır.
Kalınlık 0.125 inç
Saflık 99.9

Ramazan LÖK

